

рН-метр/иономер ТАН-2

Описание



Анализатор потенциометрический рН-метр/иономер ТАН-2 предназначен для измерений водородного показателя (рН), концентрации ионов и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) жидких сред с одновременным измерением температуры.

рН-метр/иономер ТАН-2 имеет пластиковый корпус и сенсорную панель управления.

рН-метр/иономер ТАН-2 включен в государственный реестр средств измерений: регистрационный № 81906-21.

Отличительные особенности

- цветная сенсорная панель управления;
- сохранение в памяти рН-метра/иономера до 149 результатов измерения;
- питание осуществляется от встроенного аккумулятора, или от внешнего блока питания, ли от персонального компьютера;
- время непрерывной работы от встроенного аккумулятора: не менее 13 ч.;
- пользователь может выбрать дискретность измеряемых величин;
- возможность работы с любыми типами электродов (BNC-разъем), включая комбинированные.

Технические характеристики

1. Диапазон измерений измерительного преобразователя при измерениях водородного показателя рН: от минус 1 до 14.

Примечание - Диапазон измерений анализатора в комплекте с электродом зависит от диапазона измерений применяемого электрода.

2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерениях водородного показателя рН: $\pm 0,0050$.

3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерениях водородного показателя рН в режиме автоматической термокомпенсации: $\pm 0,010$.

4. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерениях водородного показателя рН в комплекте с электродной системой: $\pm 0,050$.

Примечание - При условии использования комбинированного электрода, обеспечивающего измерение рН с погрешностью не более $\pm 0,050$.

5. Дискретность показаний водородного показателя рН (настраивается пользователем в зависимости от требуемой точности измерений): 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001.

6. Диапазон измерений показателя активности ионов рХ: от минус 20 до 20.

7. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерениях показателя активности ионов рХ: $\pm 0,010$.

8. Дискретность показаний показателя активности ионов рХ (настраивается пользователем в зависимости от требуемой точности измерений): 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001.

9. Диапазон измерений измерительного преобразователя при измерениях окислительно-восстановительного потенциала (ОВП): от минус 2000 до 2000 мВ.

10. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерениях окислительно-восстановительного потенциала (ОВП):

от минус 2000 до минус 1000 мВ не включ.: $\pm 0,5$ мВ;

от минус 1000 до 1000 мВ включ.: $\pm 0,3$ мВ;

св. 1000 до 2000 мВ включ.: $\pm 0,5$ мВ.

11. Дискретность показаний потенциала (ОВП), настраиваемая пользователем: 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 мВ.
12. Диапазон измерений температуры: от 0 до 100 °С.
13. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры: $\pm 0,5$ °С.
14. Дискретность показаний температуры: 0,1 °С.
15. Питание анализатора осуществляется двумя способами:
 - от внутреннего литий-полимерного аккумулятора с номинальным выходным напряжением 3,7 В;
 - от внешнего блока питания или персонального компьютера при помощи кабеля USB - miniUSB при токе не менее 500 мА с номинальным выходным напряжением 5,0 В.
16. Потребляемая мощность, не более:
 - 0,8 В·А в автономном режиме работы;
 - 3 В·А в режиме заряда при питании от внешнего блока питания и персонального комп
17. Габаритные размеры: не более 75x163x53 мм.
18. Масса: не более 0,3 кг.
19. Средняя наработка на отказ: не менее 5000 ч.
20. Средний срок службы: не менее 3 лет.

Базовый комплект поставки

В стоимость рН-метра/иономера ТАН-2 входит: комбинированный электрод для измерения рН; термодатчик; блок питания с USB разъемом (5 В, 1000 мА); кабель соединительный USB-miniUSB; руководство по эксплуатации; методика поверки; упаковочная коробка для транспортирования. рН-метр/иономер ТАН-2 и электрод поставляются с первичной поверкой.